

MASQUE DE TYPE 1

NORME / YY / T 0969-2013 – ÉQUIVALENT / EN 14683 – 2019



EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE $\geq 95\%$

3 COUCHES DE PROTECTION – S'ATTACHE DERRIÈRE LES OREILLES

RESPECT DES NORMES EN RAPPORT AVEC LES INSTRUCTIONS INTERMINISTÉRIELLES DU 5 AVRIL 2020

CONFORME A LA DIRECTIVE 93/42/CEE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 802776235221/RAPPORT DE TEST BST 200314379203CR



TAILLE DU MASQUE
175MM X 95MM X 50MM

MASQUE GRAND PUBLIC

NORME / AFNOR SPEC S76-01 2020 DU 27 MARS 2020



Le masque doit être lavé à 60° avant la première utilisation.

Il faudra toujours le laver à cette température en machine 20 fois maximum

Le séchage doit se faire en tambour.

L'efficacité du masque est de 4 heures.

Après cette limite, le masque doit être lavé.

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical

au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux),

ni un équipement de protection individuelle,

au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

GEL HYDROALCOOLIQUE



Conditionnements :

100 ml

300 ml 3,60€ HT Unitaire

1 L : 10,25€ HT Unitaire